

OPIS




Analizator całkowitej zawartości węgla w próbkach stałych i ciekłych Shimadzu TOC-L wraz z komputerem, monitorem i drukarką

ZASTOSOWANIE



Aparat powinien oznaczać ogólny węgiel organiczny węgiel całkowity i całkowity węgiel nieorganiczny. Aparat z automatycznym podajnikiem próbek ciekłych z przystawką do oznaczania azotu całkowitego



KONTAKT



Ewa Ziomek-Opalińska
ewa.ziomek-
opalinska@apsl.edu.pl

MIEJSCE



Instytut Biologii i Nauk
o Ziemi

SOA

Analizator całkowitej zawartości
węgla

 Akademia
Pomorska
w Słupsku